

Кабель соединительный K1002.L

Этикетка
BP49.03.000-01ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Кабель соединительный K1002.L BP49.03.000-01 (далее – кабель) предназначен для соединения гидропанели с блоком преобразовательным анализатора натрия МАРК-1002 ТУ 26.51.53-028-39232169-2020 (идентичны ТУ 4215-028-39232169-2010).

Применяемость кабеля соответствует таблице 1.1.

Таблица 1.1

Исполнение анализатора	Гидропанель	Кабель соединительный	Рисунок
МАРК-1002, МАРК-1002/1 МАРК-1002Р, МАРК-1002Р/1	ГП-1002 BP49.02.000	K1002.L BP49.03.000-01	1.1
МАРК-1002Т, МАРК-1002Т/1	ГП-1002Т BP49.12.000		



Рисунок 1.1

Основные параметры соответствуют таблице 1.2.

Таблица 1.2

Кабель соединительный	Длина, м	Тип розетки	Тип кабеля
K1002.L BP49.03.000-01	от 5 до 100	PC7TB, PC10TB	STP2-ST

Правила использования кабеля по назначению – в соответствии с руководством по эксплуатации на анализатор натрия МАРК-1002 BP49.00.000РЭ либо МАРК-1002Т BP49.00.000-01РЭ.

Примечание – В изделии допускаются незначительные конструктивные изменения, не отраженные в настоящем документе и не влияющие на технические характеристики и правила эксплуатации.

2 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Кабель соединительный К1002._____ ВР49.03.000-01
упакован ООО «ВЗОР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи
« ____ » _____ 20 ____ г.		

3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кабель соединительный К1002._____ ВР49.03.000-01
изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК
М.П.

_____	_____
личная подпись	расшифровка подписи
« ____ » _____ 20 ____ г.	

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Гарантийный срок эксплуатации кабеля, поставляемого по территории Российской Федерации, – 48 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия-изготовителя.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации кабеля, поставляемого на экспорт, – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада предприятия-изготовителя.

4.3 Изготовитель обязан в течение гарантийного срока бесплатно ремонтировать кабель при выходе его из строя.

4.4 Гарантийные обязательства прекращаются при:

- нарушении условий транспортирования и хранения, установленных в настоящей этикетке;
- наличии признаков несанкционированного ремонта;
- механических повреждениях.

4.5 В гарантийный ремонт принимается кабель в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировании и хранении, в комплекте с настоящей этикеткой и оригиналом рекламации.

5 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае выявления неисправности в период гарантийного срока потребитель должен предъявить рекламацию в письменном виде по адресу:

Е-mail: service@vzor.nnov.ru

Телефон/факс: (831) 282-98-02

Почтовый адрес: 603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «ВЗОР».

6 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В конструкции кабеля отсутствуют драгоценные материалы.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Транспортирование кабеля в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 5 по ГОСТ 15150-69 при температурах от минус 5 до плюс 50 °С по правилам и нормам, действующим на каждом виде транспорта.

7.2 Хранение кабеля в упаковке предприятия-изготовителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Кабель, пришедший в негодность в период эксплуатации (транспортирования, хранения, использования по назначению) и не подлежащий ремонту, следует сдать в соответствующий приемный пункт по переработке электротехнического и электронного оборудования.